



*Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI  
E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Ufficio 3

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

PEC: [dgfdm@postacert.sanita.it](mailto:dgfdm@postacert.sanita.it)

DGDMF.3/P/C.1.a.c/2020/



**Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e  
delle Province autonome di Trento e di Bolzano**

**All'Istituto Superiore di Sanità**

Pec: [PROTOCOLLO.CENTRALE@PEC.ISS.IT](mailto:PROTOCOLLO.CENTRALE@PEC.ISS.IT)

**Al Comando Carabinieri per la Sanità**

00144 Roma

Pec: [srm20400@pec.carabinieri.it](mailto:srm20400@pec.carabinieri.it)

Fax 06 8079 252

**Al Dipartimento della Protezione Civile**

[coordinamento.emergenza@protezionecivile.it](mailto:coordinamento.emergenza@protezionecivile.it)

**Alla ASSOBIOMEDICA**

00144 Roma

PEC: [assobiomedica@pec.it](mailto:assobiomedica@pec.it)

**Alla Associazione Distributori Farmaceutici**

00161 Roma

Pec: [associazionedistributorifarmaceutici@legalmail.it](mailto:associazionedistributorifarmaceutici@legalmail.it)

e p.c. All'Ufficio di Gabinetto

Sede

**OGGETTO: Mascherine in TNT - Circolare informativa emergenza epidemiologica da COVID-19**

Preso atto di quanto deciso in data 12 marzo u.s. dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 2 dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020, si rende noto che le mascherine in "tessuto non tessuto", per essere utilizzate come dispositivi medici, devono avere le seguenti caratteristiche:

- ✓ corrispondere contemporaneamente alle norme UNI EN ISO 14683, UNI EN ISO 10993;
- ✓ essere prodotte da imprese che abbiano un Sistema di qualità.

Resta intesa l'applicazione, a seconda dei casi, di quanto previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 e s.m.i., e dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9.

La presente nota è consultabile sul sito del Ministero della salute al seguente indirizzo:  
<http://www.salute.gov.it/dispositivi/dispomed.jsp>.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Achille Lachino)

